
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01/2025

Licitação nº. PE 000191-24

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2025.

A Comissão Permanente de Licitação, no desempenho de suas atribuições, em virtude dos Pedidos de Esclarecimentos, recebidos via e-mail, comunica aos interessados o seguinte:

Questionamento 01:

“Gostaria que fosse esclarecido a informação na qual na característica da balança digital eletrônica, o que se refere a expressão "CLEAR" tendo em vista outras marcas usarem outra nomenclatura e sendo assim fazendo que o certame fique prejudicado. Outra informa é a que se refere desligar automática, isso quer dizer apagar o display ou cortar a energia do aparelho para que o mesmo não funcione.”

Resposta 01:

A função "clear", termo originado do inglês que pode ser traduzido literalmente como "limpeza", mencionada no Termo de Referência para aquisição de balanças eletrônicas digitais destinadas à pesagem de resíduos nas unidades do Sesc em Minas, refere-se a uma tecla cuja finalidade é apagar ou reiniciar os dados exibidos no display. Portanto, o uso da expressão não acarreta prejuízo ao certame, visto que diferentes modelos atendem à finalidade pretendida. A nomenclatura é uma mera referência, pois é um termo usual para tais equipamentos. Assim, independentemente da marca, a função "clear" ou equivalente estará apta para cumprir a mesma finalidade.

Já a função de desligamento automático tem como objetivo desativar o equipamento automaticamente, colocando-o em estado de inatividade (desligado), de modo a evitar consumo de energia desnecessário quando não estiver em uso.

Questionamento 02:

“No termo de referência, pede-se um certificado de calibração do equipamento com validade de 1 ano. Entretanto, após análise dos produtos no mercado, constata-se que as balanças vêm lacradas com o selo do INMETRO. Para realizar outro certificado de calibração, seria necessário enviá-las para outras unidades competentes por esse serviço, ocasionando, além da abertura da embalagem original, um custo a mais para fornecimento do produto. Solicito a confirmação da necessidade de tal certificado.”

Resposta 02:

Considerando que as balanças disponíveis no mercado já vêm lacradas e com o selo do INMETRO, entendemos que este atesta a conformidade das balanças com os padrões metrológicos exigidos e garante a precisão inicial do equipamento, dispensando a necessidade de uma nova calibração imediata.

**Jakelyne Costa Alves
Pregoeira**