

| ANEXO III - DESCRITIVO DOS ITENS | | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | DESCRIPTIVO | UNIDADE DE CONTROLE | QUANTIDADE |
| 1 | ABAIXADOR DE LÍNGUA INFANTIL COM SABOR. PACOTE COM 40 UNIDADES. | ABAIXADOR DE LÍNGUA INFANTIL COM SABOR Abaixador de língua infantil confeccionado em plástico atóxico com aroma e sabor disponível em cores sortidas. Registro Anvisa. Pacote com 40 unidades. | Pacote | 86 |
| 2 | ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. PACOTE COM 100 UNIDADES. | ABAIXADOR PARA LÍNGUA DE MADEIRA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. Abaixador de língua individual confeccionado em madeira. Embalado individualmente. Registro Anvisa. Pacote com 100 unidades. | Pacote | 173 |
| 3 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 13 X 0,30 MM - CAIXA COM 100 - MARCA BD | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 30 G (13 X 0,30 MM). CAIXA COM 100 UNIDADES. Agulhas tipo hipodérmica ,descartável, de aço inoxidável, flexíveis, cânula siliconada, bisel trifacetado, canhão colorido, com conector a luer lock e slip com dispositivo de segurança acoplado. Registro na ANVISA. Marca BD. | Caixa | 14 |
| 4 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25 X 0,70 MM - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - UNIDADE - MARCA BD | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 22 G (25 X 0,70 MM) - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Agulhas tipo hipodérmica ,descartável, de aço inoxidável, flexíveis, cânula siliconada, bisel trifacetado, canhão colorido, com conector luer lock e slip com dispositivo de segurança acoplado. Registro na ANVISA. Marca BD. | Unidade | 4600 |
| 5 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 40 X 0,16 - CAIXA COM 100 UNIDADES - MARCA BD | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 16 G (40 X 0,16) . CAIXA COM 100 UNIDADES Agulhas tipo hipodérmica ,descartável de aço inoxidável, flexíveis, cânula siliconada, bisel trifacetado, canhão colorido, com conector luer lock e slip com dispositivo de segurança acoplado. Registro na ANVISA. Marca BD. | Caixa | 14 |
| 6 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 40 X 1,2 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - UNIDADE - MARCA BD | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 18 G (40 X 12) - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. Agulhas tipo hipodérmica ,descartável, de aço inoxidável, flexíveis, cânula siliconada, bisel trifacetado, canhão colorido, com conector luer lock e slip com dispositivo de segurança acoplado. Registro na ANVISA. Marca BD. | Unidade | 200 |
| 7 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 20 X 0,55 MM - UNIDADE - MARCA BD | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 24G 3/4(20 X 0,55 MM)- Agulhas tipo hipodérmica ,descartável, de aço inoxidável, flexíveis, cânula siliconada, bisel trifacetado, canhão colorido, com conector luer lock e slip com dispositivo de segurança acoplado. Registro na ANVISA. Marca BD. | Unidade | 400 |
| 8 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 13 X 0,45MM - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - UNIDADE - MARCA BD | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 26 G (13 X 0,45MM) - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. Agulhas tipo hipodérmica, de aço inoxidável, flexíveis, cânula siliconada, bisel trifacetado, canhão colorido, com conector luer lock e slip com dispositivo de segurança acoplado. Registro na ANVISA. Marca BD. | Unidade | 600 |
| 9 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25 X 0,70 MM - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CAIXA COM 100 UNIDADES | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 22 G (25 X 0,70 MM) - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA . Agulhas tipo hipodérmica, de aço inoxidável, flexíveis, cânula siliconada, bisel trifacetado, canhão colorido, com conector luer lock e slip com dispositivo de segurança acoplado. Registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades. | Caixa | 72 |
| 10 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25 X 0,80 MM - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CAIXA COM 100 UNIDADES | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 21G1(25 X 0,80 MM) - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CAIXA COM 100 UNIDADES. Agulhas tipo hipodérmica, de aço inoxidável, flexíveis, cânula siliconada, bisel trifacetado, canhão colorido, com conector luer lock e slip com dispositivo de segurança acoplado. Registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades. | Caixa | 7 |
| 11 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 13 X 0,45MM - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CAIXA COM 100 UNIDADES | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 26 G (13 X 0,45MM) - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA . Agulhas tipo hipodérmica, de aço inoxidável, flexíveis, cânula siliconada, bisel trifacetado, canhão colorido, com conector luer lock e slip com dispositivo de segurança acoplado. Registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades. | Caixa | 7 |
| 12 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 13X 0,30 MM - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CAIXA COM 100 UNIDADES | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 13X 0,30 MM - Agulhas tipo hipodérmica, de aço inoxidável, flexíveis, cânula siliconada, bisel trifacetado, canhão colorido, com conector luer lock e slip com dispositivo de segurança acoplado. Registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades. | Caixa | 7 |
| 13 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 20 X 0,55 MM- COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CAIXA | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 24G 3/4(20 X 0,55 MM)- COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - Agulhas tipo hipodérmica ,descartável, de aço inoxidável, flexíveis, cânula siliconada, bisel trifacetado, canhão colorido, com conector luer lock e slip com dispositivo de segurança acoplado. Registro na ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES | Caixa | 29 |
| 14 | ALGODÃO HIDRÓFILO - ROLO DE 250G | ALGODÃO HIDRÓFILO - 250G , confeccionado com fibras 100% algodão. Manta uniforme e continua com espessura entre 1,0 e 1,5 cm, em camadas sobrepostas e uniformes, macio, cor branca, boa absorvência, livre de impurezas e grumos. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão na forma de Rolo, . Embalado em saco plástico individual. Embalagem com dados de identificação. Registro na ANVISA. | Unidade | 360 |
| 15 | APARELHO PARA ALIVIO DA DOR NA HORA DE INJEÇÃO - UNIDADE | Formato anatômico micro-pontas que sensibilizam os nervos no local da picada. Embalagem com 1 unidade. Produto reutilizável e de uso individual. Para todas as idades e todos os tipos de injeção . | Unidade | 2880 |
| 16 | AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA - COR AZUL ESCURO. PACOTE C/ 10 UNIDADES. | AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA - COR AZUL ESCURO. Avental para procedimento sem manga, descartável, confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, gramatura 40g/m² a 60g/m; cor azul. Não esteril. Apresentação: Pacote c/ 10 Unidades. | Pacote | 1656 |

| | | | | |
|----|---|---|---------|-----|
| 17 | BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO 28 mm - PACOTE COM 100 | BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO 28 mm - PACOTE COM 100 | Pacote | 17 |
| 18 | BOLSA COM ATIVAÇÃO DE GELO INSTANTÂNEA. UNIDADE | BOLSA COM ATIVAÇÃO DE GELO INSTANTÂNEA, indicada para alívio de contusões, entorses, inchaços, edemas, dores de cabeça e dente, pós cirurgias, picadas de insetos, entre outros. Material descartável. Unidade Marca Referência: Calminex ou ACTE ou similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 29 |
| 19 | CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL. COM FENESTRA . EM POLIPROPILENO. DESCARTÁVEL 50 X 50 CM. UNIDADE | CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL. COM FENESTRA . EM POLIPROPILENO. DESCARTÁVEL 50 X 50 CM. UNIDADE | Unidade | 43 |
| 20 | COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL RADIOPACO 25CM X 28 CM - PACOTE COM 5 UNIDADES | COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL RADIOPACO 25CM X 28 CM - PACOTE COM 5 UNIDADES | Pacote | 43 |
| 21 | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 18G (TIPO JELCO), CAIXA COM 100 UNIDADES | Cateter periférico Intravenoso, com agulha de aço inoxidável com bisel trifacetado , confeccionado de polímero policloreto de vinila (Teflon® ou Vialon), ou polímero poliuretano (PU), de calibres 18 G. | Caixa | 3 |
| 22 | CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO 20G (TIPO JELCO), CAIXA COM 100 UNIDADES | Cateter periférico Intravenoso, com agulha de aço inoxidável com bisel trifacetado , confeccionado de polímero policloreto de vinila (Teflon® ou Vialon), ou polímero poliuretano (PU), de calibres 20 G. | Caixa | 14 |
| 23 | CLOREXIDINA ALCOOLICA 2% - ALMOTOLIA 100 ml | CLOREXIDINA ALCOLICA 2% - Digliconato de Clorexidina a 2% - Almotolia 100 ml | Unidade | 72 |
| 24 | CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% - ALMOTOLIA 100 ML | CLOREXIDINA ALCOLICA 0,5% - Digliconato de Clorexidina a 0,5% - Almotolia 100 ml | Unidade | 58 |
| 25 | CLOREXIDINA AQUOSA 1% - ALMOTOLIA 100 ML | CLOREXIDINA AQUOSA 1% - FRASCO 100 ML - Solução aquosa de Digliconato de Clorexidina 1% - Almotolia 100 ml | Frasco | 29 |
| 26 | CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - ALMOTOLIA 100 ML | Gluconato de Clorexidina 2%. Solução alcoólica, antisséptico de uso tópico. Almotolia 100 ml, registro Anvisa. | Unidade | 29 |
| 27 | COLAR CERVICAL G - UNIDADES | Colar cervical para imobilização da cabeça e pescoço, tamanho G adulto , fechamento deverá ser por meio de velcro, de forma a ajustar o diâmetro da circunferência do produto; deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; deverá possuir aberturas grandes que deem acesso rápido ao monitoramento do pulso carotídeo, traqueia e ouvidos. | Unidade | 29 |
| 28 | COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO/INFANTIL - UNIDADE | Colar cervical para imobilização da cabeça e pescoço, tamanho pediátrico/infantil , fechamento deverá ser por meio de velcro, de forma a ajustar o diâmetro da circunferência do produto; deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; deverá possuir aberturas grandes que deem acesso rápido ao monitoramento do pulso carotídeo, traqueia e ouvidos. | Unidade | 29 |
| 29 | COLAR CERVICAL M - UNIDADE | Colar cervical para imobilização da cabeça e pescoço, tamanho M adulto , fechamento deverá ser por meio de velcro, de forma a ajustar o diâmetro da circunferência do produto; deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; deverá possuir aberturas grandes que deem acesso rápido ao monitoramento do pulso carotídeo, traqueia e ouvidos. | Unidade | 29 |
| 30 | COLAR CERVICAL PP - UNIDADE | Colar cervical para imobilização da cabeça e pescoço, tamanho PP adulto , fechamento deverá ser por meio de velcro, de forma a ajustar o diâmetro da circunferência do produto; deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; deverá possuir aberturas grandes que deem acesso rápido ao monitoramento do pulso carotídeo, traqueia e ouvidos. | Unidade | 29 |
| 31 | COLAR CERVICAL P - UNIDADE | Colar cervical para imobilização da cabeça e pescoço, tamanho P adulto , fechamento deverá ser por meio de velcro, de forma a ajustar o diâmetro da circunferência do produto; deverá possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; deverá possuir aberturas grandes que deem acesso rápido ao monitoramento do pulso carotídeo, traqueia e ouvidos. | unidade | 58 |
| 32 | COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS - UNIDADE | A caixa em papelão ondulado e reforçado internamente de 13 litros com Sacola em Polietileno. Deve possuir trava de segurança; Descartável e de uso único; Possuir registro Anvisa, alça dupla; Caixa não estéril; Atende as normas de segurança necessárias recomendadas pela RDC 222/2018 e CONAMA 358. Registro ANVISA. | Unidade | 360 |
| 33 | COLETOR PERFURO CORTANTE 3 LITROS - UNIDADE | A caixa em papelão ondulado e reforçado internamente de 3 litros com Sacola em Polietileno., Possui trava de segurança; Descartável e de uso único; Possuir registro Anvisa, alça dupla; Caixa não estéril; Atende as normas de segurança necessárias recomendadas pela RDC 222/2018 e CONAMA 358. Registro Anvisa. | Unidade | 144 |
| 34 | COLETOR PERFURO CORTANTE 7 LITROS - UNIDADE | A caixa em papelão ondulado e reforçado internamente de 7 litros com Sacola em Polietileno., Possui trava de segurança; Descartável e de uso único; Possuir registro Anvisa, alça dupla; Caixa não estéril; Atende as normas de segurança necessárias recomendadas pela RDC 222/2018 e CONAMA 358. Registro Anvisa. | Unidade | 216 |
| 35 | CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE (TIPO BAND AID). CAIXA | CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE. tipo band aid, retangular, com película transparente flexível com furos que permitem que a pele e o ferimento respirem normalmente, deve possuir boa aderência à pele, proporcionando conforto em qualquer ferimento. Caixa com no mínimo 30 unidade e no máximo 40 Curativos. | Caixa | 360 |

| | | | | |
|----|--|---|---------|-----|
| 36 | CURATIVO PÓS COLETA INFANTIL. CAIXA C/ 500 UNIDADES. | CURATIVO PÓS COLETA INFANTIL - Curativo pós coleta adesivo hipoalergênico infantil. Para uso após coleta de sangue. CAIXA C/ 500 UNIDADES | Caixa | 101 |
| 37 | ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA. PACOTE COM 50 UNIDADES | ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA - Descartável, dorso de papel microporoso, adesivo hipoalergênico na face interna, com adesividade garantida em presença de umidade, gel eletrolítico e presilha para encaixe, tamanho adulto. PACOTE COM 50 UNIDADES | Caixa | 115 |
| 38 | ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE NEONATAL - UNIDADE | <p>ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE NEONATAL - UNIDADE - É um equipamento de alta precisão, indicado para a medição da pressão arterial sanguínea sistólica e diastólica em neonatos.</p> <p>O estetoscópio profissional neonatal deverá conter:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Pêra e tubos de material de alta durabilidade, antialérgico e livre de látex; •Braçadeira em nylon ou algodão com fixação por velcro de alta aderência; •Faixa de medição de 0 a no mínimo 300mmHg; •Manômetro do tipo aneróide; •Braçadeira com dimensões para paciente neonatal e selo do INMETRO; •A Braçadeira deve conter uma tira para fixação do manômetro e seta indicadora para o correto posicionamento sobre a artéria; •O aparelho de pressão deverá possuir uma válvula de descarga de ar feita em material cromado e regulação manual; •Os aparelhos deverão ser entregues calibrados, prontos para uso, acompanhando certificado de calibração. <p>Acessórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Todos os acessórios, componentes e materiais necessários à perfeita instalação e operação do equipamento; •Estojo para armazenamento do equipamento; •Manual de Operação e do usuário do Equipamento em Português. <p>Certificações exigidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Certificado de Registro na Anvisa; •Certificado de calibração do IPEM/INMETRO; •Certificado de calibração do equipamento com validade mínima de 01 ano. <p>Garantia:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Garantia por no mínimo 12 meses, a contar do aceite definitivo. | unidade | 4 |
| 39 | ESPARADRAPO 2,5 CM X 4,5 CM - ROLO | ESPARADRAPO 2,5 CM X 4,5 CM - ROLO - Espadrado na cor branca, confeccionado em tecido 100% algodão e massa adesiva, com boa aderência a pele, que aceite escrita com qualquer tipo de tinta, isento de substância alérgicas, enrolado em carretel com tampa de proteção, no tamanho de 2,5 cm x 4,5 cm. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | Rolo | 86 |
| 40 | ESPÉCULO DESCARTÁVEL AURICULAR 2,5 MM - CAIXA COM 50 UNIDADES. | ESPÉCULO DESCARTÁVEL AURICULAR 2,5 MM. compatível com otoscópio MD - OMNI3000. Caixa c/ 50 un. Registro da Anvisa | Caixa | 36 |
| 41 | ESPÉCULO DESCARTÁVEL AURICULAR 4,0 MM - CAIXA COM 50 UNIDADES. | ESPÉCULO DESCARTÁVEL AURICULAR 4,00 MM. compatível com otoscópio MD - OMNI3000. Caixa c/ 50 un. Registro da Anvisa | Caixa | 72 |
| 42 | FILME DRY - DI -HL - TAMANHO 20 X 25 CM - CAIXA | FILME Dry - DI -HL - TAMANHO 20 x 25 cm. Para impressão de imagem dos exames de mamografia e raios X. O filme deve ser compatível com a impressora Drypix Edge da Fujifilm e ter as seguintes dimensões: 20 x 25 cm. Caixa c/ 150 unidades. Registro da Anvisa | Caixa | 17 |
| 43 | FILME DRY - DI -HL - TAMANHO 25 X 30 CM - CAIXA | FILME Dry - DI -HL - TAMANHO 25 x 30 cm. Para impressão de imagem dos exames de mamografia e raios X. O filme deve ser compatível com a impressora Drypix Edge da Fujifilm e ter as seguintes dimensões: 25x30 cm. Caixa c/ 150 unidades. Registro da Anvisa | Caixa | 29 |
| 44 | FRONHA DESCARTAVEL EM TNT 70CMX50CM - PACOTE COM 10 UNIDADES | FRONHA DESCARTAVEL EM TNT 70CMX50CM - PACOTE COM 10 UNIDADES - Cor Branca. Gramatura mínima 30 ou 40 gr. | Pacote | 216 |
| 45 | PASTA CONDUTORA PARA ELETROENCEFALOGRAFIA (EEG) - FRASCO 1KG | PASTA CONDUTORA PARA ELETROENCEFALOGRAFIA (EEG) - FRASCO 1KG | Frasco | 7 |
| 46 | GEL PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRRAFIA FRASCO - FRASCO 1 LITRO | GEL PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRRAFIA FRASCO - FRASCO 1 LITRO | Frasco | 130 |
| 47 | HASTES FLEXÍVES (TIPO COTONETE) - CAIXA COM 75 UNIDADES | HASTES FLEXÍVES (TIPO COTONETE) - CAIXA COM 75 UNIDADES | Caixa | 58 |
| 48 | LENÇOL DESCARTAVEL EM TNT COM ELÁSTICO, 2M X 90CM - PACOTE COM 10 UNIDADES | LENÇOL DESCARTAVEL EM TNT COM ELÁSTICO, 2M X 90CM - PACOTE COM 10 UNIDADES - Cor Branca. Gramatura 30 ou 40 gr. | Pacote | 360 |
| 49 | LENÇOL DESCARTAVEL EM TNT SEM ELÁSTICO, 2M X 90CM - PACOTE COM 10 UNIDADES | LENÇOL DESCARTAVEL EM TNT SEM ELÁSTICO, 2M X 90CM - PACOTE COM 10 UNIDADES - Cor Branca. Gramatura 30 ou 40 gr. | Pacote | 360 |

| | | | | |
|----|---|---|---------|-----|
| 50 | LUPA PARA CABEÇA TIPO ÓCULOS - UNIDADE | <p>LUPA DE CABEÇA TIPO ÓCULOS - UNIDADE - Equipamento que amplia objetos ou superfícies o necessário para realizar as atividades com maior precisão, permitindo o trabalho com as mãos livres.</p> <p>A lupa de cabeça deverá conter:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Lâmpada de no mínimo 02 LEDs; •Bateria ou pilha recarregável; •05 lentes de aumento (1.0x), (1.5x), (2.0x), (2.5x) e (3.5x); •Faixa de cabeça para melhor adesão. <p>Acessórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Todos os acessórios, componentes e materiais necessários para perfeita instalação e operação do equipamento deverão estar inclusos os; •Deverá vir acompanhado de lâmpada de no mínimo 02 LEDs, 05 lentes de aumento, de fácil limpeza, possível de desinfecção; •Manual do usuário do equipamento em português; • Caixa para armazenagem. <p>Garantia:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Garantia por no mínimo 12 meses, a contar do aceite definitivo. | Unidade | 14 |
| 51 | LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 6,5. PAR | LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 6,5. PAR Luva cirúrgica estéril para uso em ambientes médicos e hospitalares de tamanho 6.5 de formato anatômico, antiderrapante, texturizada, hipoalérgica, descartável e com pó bioabsorvível. Registro na Anvisa. | Par | 173 |
| 52 | LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO PP - CAIXA COM 100 UNIDADES | Luvas de látex para procedimentos não cirúrgicos, anatômicas, ambidestras, descartáveis, superfície lisa, com pó, não estéril, tamanhos PP. Deverá conter certificação do INMETRO. Caixa com 100 unidades | Caixa | 29 |
| 53 | LUVA DE VINIL SEM PÓ ATÓXICA, TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES | Luvas de vinil descartáveis cor transparente tamanho G de vinil sem pó, atóxica, caixa com 100 unidades. Deverá ter registro na ANVISA. | Caixa | 14 |
| 54 | LUVA DE VINIL SEM PÓ ATÓXICA, TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES | Luvas de vinil descartáveis cor transparente tamanho M de vinil sem pó, atóxica, caixa com 100 unidades. Deverá ter registro na ANVISA. | Caixa | 29 |
| 55 | LUVA DE VINIL SEM PÓ ATÓXICA, TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES | Luvas de vinil descartáveis cor transparente tamanho P de vinil sem pó, atóxica, caixa com 100 unidades. Deverá ter registro na ANVISA. | Caixa | 29 |
| 56 | OTOSCÓPIO RECARREGÁVEL - UNIDADE | <p>OTOSCÓPIO RECARREGÁVEL - UNIDADE - Equipamento para utilização em exames do ouvido externo e para exames gerais não invasivos.</p> <p>O otoscópio deverá conter:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Lâmpada LED; •Bateria ou pilha recarregável; •Chave "liga/desliga"; •Lente de aumento na cabeça do otoscópio; •Lente giratória conectada ao otoscópio, proporciona aumento de no mínimo 2 vezes, regulador de alta e baixa luminosidade; •Transmissão de luz por fibra óptica; •Lâmpada para o funcionamento do equipamento. <p>Acessórios:</p> <p>Todos os acessórios, componentes e materiais necessários para perfeita instalação e operação do equipamento deverão estar inclusos;</p> <ul style="list-style-type: none"> •Deverá vir acompanhado de no mínimo 04 espéculos auricular reutilizáveis de com pelo menos 03 tamanhos diferenciados, de fácil limpeza, possível de desinfecção e esterilização em autoclave; •Manual do usuário do equipamento em português; •Bolsa ou estojo para armazenagem. <p>Garantia:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Garantia por no mínimo 12 meses, a contar do aceite definitivo. <p>Certificações exigidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Certificado de Registro na Anvisa. <p>Marca referência:</p> <p>WELCH ALLYN, MD ou equivalente, similar ou de melhor qualidade.</p> | Unidade | 14 |
| 57 | PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO - CAIXA COM 144 UNIDADES | PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO. Para uso em exames De Ultrassonografia (Ultrassom Transvaginal). Caixa com 144 unidades | Caixa | 86 |
| 58 | SCALP 23 G - CAIXA COM 100 UNIDADES | SCALP 23 G - para coleta com seringa, estéril com dispositivo de segurança, extensão em PVC com 12" de comprimento, conexão com seringas do tipo Luer Lock e Luer Slip, agulha em aço inoxidável, bisel trifacetado e siliconizado e embalado individualmente. Caixa c/ 100 unidades. Registro na ANVISA. | Caixa | 9 |

| | | | | |
|----------------|---|---|---------|------|
| 59 | SERINGA BICO LUER LOCK - 10ML - UNIDADE | SERINGA BICO LUER LOCK - 10ML - sem agulha, hipodérmica, estéril, descartável, confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. Esterilizado a óxido de etileno. Registro na ANVISA. Certificação INMETRO. | Unidade | 216 |
| 60 | SERINGA BICO LUER LOCK - 3ML - MARCA BD - UNIDADE | SERINGA BICO LUER LOCK - 3ML - MARCA BD - sem agulha, hipodérmica, estéril, descartável, confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. Esterilizado a óxido de etileno. Registro na ANVISA. Certificação INMETRO. Marca ratificada: BD. | Unidade | 432 |
| 61 | SERINGA BICO LUER LOCK - 5ML - MARCA BD - UNIDADE | SERINGA BICO LUER LOCK - 5ML - MARCA BD - sem agulha, hipodérmica, estéril, descartável, confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. Esterilizado a óxido de etileno. Registro na ANVISA. Certificação INMETRO. Marca ratificada: BD. | Unidade | 1440 |
| 62 | SHORT DESCARTAVEL G, PACOTE COM 10 UNIDADES | Shorts Descartáveis, T (Tecido Não Texturizado): Tamanho G 100% Polipropileno; gramatura de 30 g/m2. Garante resistência à umidade, à abrasão e à ação de fungos e bactérias; Elevada inércia química; Leveza; Não estéril; Atóxica, não inflamável e esterilizável; Não absorve líquidos (como água, corantes, sangue, etc...) e apresentar impermeabilidade de 80%. Deverá ter registro na ANVISA. | Pacote | 101 |
| 63 | SHORT DESCARTAVEL GG, PACOTE COM 10 UNIDADES | Shorts Descartáveis, T (Tecido Não Texturizado) Tamanho GG: 100% Polipropileno; gramatura de 30 g/m2. Garante resistência à umidade, à abrasão e à ação de fungos e bactérias; Elevada inércia química; Leveza; Não estéril; Atóxica, não inflamável e esterilizável; Não absorve líquidos (como água, corantes, sangue, etc...) e apresentar impermeabilidade de 80%. Deverá ter registro na ANVISA. | Pacote | 101 |
| 64 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% - FRASCO COM BICO GOTEJADOR OU DOSADOR - FRASCO 250 ML. | SORO FISIOLÓGICO 0,9% - FRASCO COM BICO GOTEJADOR OU DOSADOR - FRASCO 250 ML - Cloreto de sódio 0,9%, frasco com 250 ml, provido de bico gotejador ou dosador. Solução uso tópico, para uso nos olhos, nariz, queimaduras, feridas, nebulizações e outros. Deverá ter registro na ANVISA. | Frasco | 288 |
| 65 | TESTE PARA SELADORA PARA USO EMBALAGEM GRAU CIRURGICO - CAIXA COM 250 Unidades | TESTE PARA USO SELADORA PARA EMBALAGEM GRAU CIRÚRGICO. Para uso na Conferência da eficácia a calibração do equipamento a fim de evitar perdas por selagem ineficiente de embalagens termos seláveis. Caixa com 250 unidades | Caixa | 29 |
| 66 | TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE PROTEÍNAS(SWAB + REAGENTE). Unidade | TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE PROTEÍNAS(SWAB + REAGENTE). Para detecção de pequenas quantidades de resíduos de proteína em instrumentais cirúrgicos, superfícies, lúmens e endoscópios. Deve ser indicado para avaliação de limpeza manual e automatizada (termodesinfetadora e ultrassônicas). O teste deve ser sensível a 1 µg de proteína. deverá fornecer 02 a 04 testes controle / caixa conforme orientações do fabricante. Registro na ANVISA. | Unidade | 216 |
| 67 | PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ECG TITB DIMENSÕES 216 mm x 30m - ROLO | PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ECG TITB DIMENSÕES 216 mm x 30m - ROLO | Rolo | 43 |
| 68 | ETIQUETA ADESIVA COM DUPLA CAMADA ADESIVA, PARA USO EM GRAU CIRURGICO COM INDICADOR QUIMICO TIPO 1 - ROLO 550 ETIQUETAS | ETIQUETA ADESIVA COM DUPLA CAMADA ADESIVA, PARA USO EM GRAU CIRURGICO. Etiquetas com dupla camada adesiva que suporte a esterilização por vapor a 134°C, Dimensão de 95x50mm(total) , impressão de 9,0x4,5mm. Para uso na impressora Zebra com ribbon de resina. deve conter indicador químico tipo e1. | Rolo | 115 |
| 69 | ETIQUETA DATA MATRIX 2D, 4,3 mm - CARTELA 100 UNIDADES | ETIQUETA DATA MATRIX 2D, 4,3 mm - CARTELA 100 UNIDADES - Cartelas deve contendo MICRO ETIQUETAS (DOT'S) com fundo preto ou brancos nas medidas 4,3 mm. Deve ser resistentes a esterilização por vapor, ao calor e a produtos químicos. Cartela com 100 unidades | Cartela | 14 |
| LOTE I | | | | |
| 1 | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA ADULTO. UNIDADE | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA ADULTO. Para uso em resgate e transporte de vítimas(adulto). Par uso em conjunto com o colar cervical de resgate e uma prancha de imobilização. Preso com Velcro ao tecido. Deve possuir dois cintos de imobilização reguláveis para testa e queixo, orifício auricular. Lavável e impermeável. Imobilizador deve ser compatível com a prancha ofertada. | Unidade | 12 |
| 2 | PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO COM CONJUNTO DE CINTOS DE 3 PEÇAS. UNIDADE | PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO COM CONJUNTO DE CINTOS DE 3 PEÇAS. A Prancha em Polietileno Adulto com Cinto para resgate e transporte de pacientes. Peso mínimo suportado - 160Kg peso máximo suportado 180kg. Largura mínima 45 cm. Deve acompanhar conjunto de cinto com 03 peças. Deve possuir pegadores laterais. Prancha deve ser compatível com a imobilizador ofertada. | Unidade | 12 |
| LOTE II | | | | |
| 1 | SUPORTE PARA INDICADOR DE LIMPEZA. UNIDADE | SUPORTE PARA INDICADOR DE LIMPEZA. Suporte reutilizável em aço inoxidável ou material termoplástico, para inserção dos indicadores de limpeza para uso em lavadora ultrassônica. Unidade * Deve ser compatível com o teste de limpeza para lavadoras ultrassônicas. | Unidade | 14 |
| 2 | TESTE DE LIMPEZA PARA LAVADORAS ULTRASSÔNICAS. UNIDADE | TESTE DE LIMPEZA PARA LAVADORAS ULTRASSÔNICAS. Para uso durante o processos limpeza de instrumentos e materiais médicos a fim de monitoramento da eficácia das lavadoras automáticas durante o processo de limpeza e lavagem. Unidade | Unidade | 199 |

