



ERRATA 01/2025

Licitação nº PE000042-25

Belo Horizonte, 9 de dezembro de 2025.

A Comissão Permanente de Licitação, no desempenho de suas atribuições, comunica aos interessados as seguintes alterações referentes ao certame:

1. Ajuste do Painel (Altura e Profundidade)

O Termo de Referência estabelece que o painel do equipamento deve possuir ajuste de altura e profundidade, visando garantir ergonomia adequada ao operador durante os exames. Essa exigência tem como objetivo reduzir fadiga postural e assegurar conforto em procedimentos prolongados, conforme boas práticas de ultrassonografia. Após análise técnica, considerando que os fabricantes de referência (GE, Samsung, Canon/Toshiba) adotam soluções ergonômicas que incluem ajuste de altura, rotação lateral e inclinação do monitor, esclarecemos que será aceita a configuração que contemple ajuste de altura e rotação lateral, desde que proporcione funcionalidade equivalente à ergonomia prevista. O movimento linear de profundidade não será obrigatório, desde que os ajustes ofereçam amplo ângulo de visão e posicionamento adequado, garantindo a operação segura e confortável.

2. Prazo de Entrega

Considerando que os equipamentos especificados são importados e de alta complexidade tecnológica, reconhecemos que o prazo de 30 (trinta) dias pode não ser exequível. Assim, após reavaliação da área técnica, estamos de acordo com o reajuste do prazo para até 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias mediante documento comprobatório de estimativa de entrega do fornecedor.

As demais condições do Edital permanecem inalteradas.

Diante da alteração acima, considerando a possibilidade de afetar e ampliar a formulação das propostas, fica redesignada a data de abertura da sessão para o dia 05/01/2026 às 09:00h.

Samuel Coelho dos Santos
Comissão Permanente de Licitação do Sesc em Minas